

仕 様 書

(湿式分解装置)

以下の要件を備えること

【仕様条件】

条 件 等	
1	マイクロ波加速反応システムによる分解機能を有すること。
2	Xpress 赤外温度センサーを有すること。
3	装置の操作は装置本体に内蔵された操作ディスプレイですべて完結できること。また、操作用別端末を本体に接続して操作する必要がないこと。
4	容器認識センサーは、装置内蔵センサーが、容器の種類、容器本数を自動で認識して、その情報に基づいてマイクロ波出力を自動に調整できること。
5	装置外部から処理室内部の状況が確認できる窓が装置全面に備わっていること。

【本体以下、下記の部品を構成していること】

	品 名	数 量	備 考
1	湿式分解装置本体	1 式	
2	Xpress 赤外温度センサー	1 式	
3	据付け・調整(送料を含む)	1 式	動作確認も含む
注)装置は据付け後、動作確認までを含む			